Bande élastique spécialisée pour épaule

Référence 235679

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire le manuel d'utilisation de votre bande avant de l'utiliser.

Pour renouveler votre commande, appelez Empi au **800.328.2536**

Électrodes StimGel d'Empi - 199599-001 (paquet de quatre)

La **bande élastique active pour épaule d'EMPI** fait partie d'un système conçu pour administrer une stimulation électrique à la région de l'épaule et procurer un soulagement symptomatique et une prise en charge des douleurs à l'épaule de nature générale. La bande spécialisée est constituée d'un tissu léger et perméable à l'air qui s'enroule autour de l'épaule/du thorax et est maintenue en place avec du Velcro™.

UTILISATION DES ÉLECTRODES

Vous pouvez prolonger la durée de vie de vos électrodes en suivant les suggestions suivantes :

- Nettoyez, rincez et séchez votre peau avant l'utilisation
- Stockez les électrodes selon les instructions données sur l'emballage
- Si l'électrode sèche, le fait d'ajouter quelques gouttes d'eau sur la surface du gel (côté collant) peut aider à restaurer le gel adhésif de l'électrode. Laissez reposer l'électrode plusieurs minutes, le temps qu'elle retrouve sa pégosité, avant de l'appliquer sur la peau.



LAVAGE DE LA BANDE

- Lavage à la main, 40 °C (104 °F)
- Lavage délicat, utiliser un détergent doux
- Ne pas utiliser de conditionneur ni de javel, et ne pas sécher par culbutage
- Ne pas essorer, repasser ni nettoyer à sec
- Faire sécher à plat

Pour renouveler votre commande, appelez Empi au **800.328.2536**

Électrodes StimGel d'Empi - 199599-001 (paquet de quatre)

MODE D'EMPLOI :

1. Attachez la longue sangle à chaque extrémité si elle n'est pas dans cette position à la sortie de l'emballage.

   Pour estimer la longueur de sangle nécessaire pour le thorax, commencez par maintenir le bord supérieur du tissu de grande dimension à l'extrémité de l'épaule à traiter (l'épaule à traiter illustrée est l'épaule gauche) et l'extrémité de la longue sangle pliée au niveau de l'épaule opposée.

   La distance séparant ces deux points, une fois le système tendu, doit correspondre approximativement à la distance séparant les extrémités des épaules.

2. Si la longueur de la longue sangle pliée est environ égale à la distance d'une épaule à l'autre, ne défaites la boucle avant que pour passer à l'ajustement.

3. Si la sangle est trop courte ou trop longue, réglez les sangles à chaque extrémité pour obtenir une longueur environ égale à la distance d'une épaule à l'autre.

4. Détachez la courte sangle pour faire correspondre le même côté à celui de la longue sangle.

5. Posez la bande à plat de sorte que sa face intérieure (dotée de pastilles métalliques) soit orientée vers le haut. Le côté avec les sangles doit indiquer l'épaule en cours de traitement.

6. Enlevez le revêtement intérieur du côté GRILLE des électrodes StimGel.

7. Pressez le côté GRILLE de l'électrode StimGel sur les zones conductrices de la bande.

AVERTISSEMENT : *Les électrodes StimGel doivent couvrir chaque zone conductrice avant l'utilisation.*

8. Enlevez le revêtement restant et GARDEZ-LE pour le remettre de nouveau sur les électrodes StimGel entre les utilisations.

9. Appliquez fermement les électrodes inférieures sur l'épaule à traiter, comme illustré. Les électrodes inférieures doivent être placées près de l'extrémité du muscle de l'épaule.

ÉTAPE 1.

ÉTAPE 2.

ÉTAPE 3.

ÉTAPE 6.

ÉTAPE 7.

ÉTAPE 9.

10. Guidez la bande vers le haut et appuyez fermement sur la partie supérieure de la bande à l'endroit où les deux électrodes sont au contact de la peau. La ligne indicatrice blanche (voir l'illustration) située sur la bande doit être en haut, divisant le muscle de l'épaule en deux (latéralement). Appliquez à nouveau si la ligne blanche n'est pas correctement alignée.

Remarque : Toutes les électrodes doivent être en contact avec la peau et NON sur des vêtements (débardeur, bretelle de soutien-gorge, etc.).

11. Si nécessaire, réglez la position du rabat avant supérieur de sorte que l'électrode soit sur l'avant du muscle de l'épaule (non sur les régions osseuses). Les rabats peuvent être réglés en déplaçant le Velcro™ le long de l'intérieur de la bande. Un débardeur ou une bretelle de soutien-gorge peut reposer sur le rabat mais pas le Velcro.

12. Saisissez la courte sangle sous le bras et faites-la passer par l'anneau. Tirez et attachez confortablement la sangle au moyen du Velcro autour du bras et sous le bras.

13. Saisissez la longue sangle dans le dos. Tirez-la diagonalement dans le dos et sous l'aisselle, puis vers le thorax. Attachez la boucle à l'avant.

14. Si la sangle est trop courte ou trop longue, défaites l'attache Velcro de la longue sangle pour régler la longueur.

15. Saisissez l'extension du dispositif (avec le bouton) du haut de la bande et attachez-la à l'avant, à un emplacement où le dispositif sera aisément accessible, au moyen du Velcro.

16. Fixez le dispositif de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) en l'enclenchant dans le bouton saillant (connecteur). Mettez le stimulateur en marche; ajustez selon les instructions du dispositif et/ou du médecin pour commencer le traitement.

17. Lorsque la session de stimulation est terminée, éteignez le stimulateur.

ÉTAPE 10.

ÉTAPE 11.

ÉTAPE 12.

ÉTAPE 13.

ÉTAPE 15.

ÉTAPE 16.

AUTRES AJUSTEMENTS :

A. Réglage de la position des électrodes

Chaque zone conductrice peut être déplacée et réappliquée au moyen du Velcro sur la bande pour s'ajuster à la position appropriée.

B. Découpage pour un ajustement sur mesure

Enlevez l'attache Velcro de l'extrémité de la sangle. Coupez la sangle à la longueur souhaitée et rattachez la bande Velcro.

C. Ajout d'une sangle de rallonge pour un ajustement sur mesure

Si une longue sangle est nécessaire pour la région thoracique, une sangle de rallonge peut être ajoutée pour obtenir un meilleur ajustement. Enlevez l'attache Velcro et faites glisser la longue sangle dans la boucle.

Insérez la longue sangle par l'anneau de la sangle de rallonge. Réappliquez la bande Velcro à l'extrémité et accrochez-la pour fixer la sangle de rallonge.

Faites glisser l'extrémité dotée de la bande Velcro de la sangle de rallonge par la boucle de la sangle de rallonge et fixez-la.

D. Ajout d'un coussin pour assurer un confort maximal

La bande spécialisée a été conçue pour être confortable. Toutefois, un coussin peut être ajouté à la longue sangle pour offrir un confort supplémentaire au niveau du thorax/de l'aisselle.

Après avoir effectué le réglage initial, détachez la longue sangle et faites glisser la sangle par les boucles du coussin.

Appliquez la bande comme auparavant et réglez le coussin afin de réduire la pression exercée sur la région thoracique/de l'aisselle.

A.

B.

C1.

C2.

C3.

D.

STOCKAGE :

- Enlevez doucement la bande. Les électrodes StimGel se décollent de la peau et restent fixées à la bande. Les électrodes restent sur la bande lors du stockage.
- Replacez le revêtement sur l'électrode. Assurez-vous de placer le côté « ON » contre la surface de l'électrode StimGel.
- Pliez la bande et stockez-la dans l'emballage jusqu'au prochain traitement. Le fait de réappliquer les revêtements, et de plier et placer la bande dans un sac refermable prolongera la durée de vie des électrodes StimGel.

Empi Active illustré à sa taille réelle

La programmation à l'aide d'une touche en fait l'un des dispositifs de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) les plus simples du marché.

Une conception mince permet une utilisation aisée et discrète lors des activités quotidiennes habituelles

Aux États-Unis, la législation fédérale limite la vente de ce dispositif par un médecin ou sur ordonnance médicale, ou par tout autre praticien détenant un permis de vente du produit. Doit être utilisé avec un neurostimulateur dont la distribution est approuvée aux États-Unis.

INDICATIONS :
Le système est indiqué pour le soulagement symptomatique et la prise en charge des douleurs chroniques et réfractaires, comme traitement d'appoint pour la douleur aiguë suivant une opération chirurgicale ou un traumatisme, ou pour le soulagement de douleurs associées à l'arthrite.

ENTRETIEN :
Vérifiez avant chaque utilisation que la bande spécialisée ne présente pas de signe d'usure ou de dommage. Remplacez les électrodes StimGel s'il y a lieu. Consultez la section Utilisation des électrodes qui contient des suggestions concernant l'entretien. Consultez la section Lavage de la bande ou l'étiquette sur la bande pour les instructions de lavage.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :
Veuillez vous reporter au Manuel de l'utilisateur du dispositif d'électrothérapie qui contient une description des dangers pertinents, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des effets indésirables. L'utilisation d'électrodes StimGel trop petites pour l'appareil peut entraîner des brûlures thermiques. La bande ne doit jamais être utilisée sans les électrodes StimGel. Cette bande spécialisée n'est pas destinée à servir de soutien pour l'épaule ni à être utilisée dans le cadre d'activités sportives. La bande pour épaule est réservée à un usage sur un seul patient. Ne partagez pas la bande avec d'autres personnes en raison des risques de réactions cutanées indésirables et de transmission de maladies.

MISE EN GARDE :
N'appliquez pas sur une peau endommagée. En cas de rougeur ou de brûlure au niveau de la peau, arrêtez immédiatement l'utilisation de la bande et contactez votre médecin.

GARANTIE DE 90 JOURS :
Empi réparera ou remplacera, dans ses locaux, tout produit défectueux. Cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à une mauvaise utilisation, ou réparés ou altérés par toute entité autre qu'Empi, Clear Lake, Dakota du Sud.

Cette garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou tacite. Personne n'est autorisé à lier Empi à une garantie autre que celle spécifiquement formulée ici.

REMARQUE : La période de garantie commence à la date d'achat auprès du fabricant.

Empi

Sans latex

Empi, Inc.
205 Highway 22 East
Clear Lake, SD 57226
Empi.com
800.328.2536

Fabriqué au Mexique pour Empi.

360416 Rév. A ©2013 Empi, 06/13 Tous droits réservés.
Mise en garde : La législation fédérale limite la vente de ce dispositif sur ordonnance médicale ou par un médecin seulement.

DJO GLOBAL